



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпрадепозитивслужби

Лапа В. І.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "13" 09 2018 року

№ 602-123-20-1/38532

Об'єкт експертизи: Поліграфи "РУБІКОН" моделей П-01, П-02 та П-03

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із - ДСТУ 8692:2016 «Поліграфи. Технічні умови»

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКШ, УКТЗЕД, артикул: 26.20.16

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Для реєстрації відносної зміни фізіологічних параметрів організму людини у відповідь на сприйняту аудіовізуальну інформацію

Країна-виробник ФОП Дубровський Олексій Євгенович, Україна, 65039, Одеська область, м. Одеса, Приморський район, вул. Генерала Бочарова, буд. 35, кв. 229, адреса виробництва: Україна, 65039, Одеська область, м. Одеса, вул. Дерибасівська, 18, +380487980508; +380967980508,

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ФОП Дубровський Олексій Євгенович, Україна, 65039, Одеська область, м. Одеса, Приморський район, вул. Генерала Бочарова, буд. 35, кв. 229, національний номер заявника експертизи 2356813818

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) падаючого зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: об'єкт повинен мати захист першого класу від ураження електричним струмом. Рівні виробничого шуму не більше 75 дБА. Еквівалентний рівень вібрації до 45 дБА; параметри неіонізованих випромінювань на відстані 0,3 м: ЕП 50 Гц 500 В/45екм, МП 50 Гц 0,4 мкТл, ЕМП 0,03-300 МГц 3 В/м відповідно до вимог: ДСН 3.3.6.037-99 "Санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації"; ДСН 3.3.6.039-99 "Санітарні норми виробничого шуму та ультразвуку"; ДСН 3.3.6.096-2002 «Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів», інтенсивність запаху не більше 2 балів; рівні міграції в атмосферне повітря з продукції не більше мг/м³: метанол – 0,5; фенол – 0,003; формальдегід – 0,003; ацетальдегід – 0,01; ацетон – 0,35; пропанол – 0,3; бензол – 0,1; толуол – 0,6; бутанол – 0,1; ізопропанол – 0,6; етилацетат – 0,1; одориметрія - не більше 2 балів; відповідно до вимог відповідно до вимог ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що